

дела у прокурора



*****Новороссийской транспортной прокуратурой совместно с должностными лицами Краснодарского отдела госназора Южного межрегионального территориального управления Росстандарта проведена проверка Новороссийской таможни по вопросам соблюдения законодательства об обеспечении единства измерений, в ходе которой установлены факты несоблюдения требований закона таможенным органом.**

*****Установлено, что Новороссийской таможней при измерении количественных показателей товаров, перемещаемых через таможенную границу, общий вес товаров устанавливается путем определения среднего веса нескольких грузовых мест, а также расчетным методом, с использованием данных полученных путем выборочных измерений весовых характеристик части товаров, результаты которых были распространены на весь объем ввозимых на таможенную территорию России партий товаров.**

*****При этом согласно информации Новороссийской таможни, а также актам таможенных досмотров аттестованные методики выполнения измерений при осуществлении таможенного контроля и таможенных операций органом не применяются.**

*****Измерения весовых характеристик товаров, в том числе расчеты общего веса товаров, распространяющиеся на всю ввозимую партию, осуществлялись на усмотрение должностных лиц таможенного органа, проводивших таможенный**

контроль в форме таможенного досмотра.

***** Кроме того, Новороссийской таможней допущено применение неуполномоченного средства измерения - весов электронно-тензометрических для статического взвешивания типа BS-6/15 зав. № АК 950202.**

***** Допущенные нарушения закона не позволили получить объективные и достоверные данные о весовых характеристиках товаров при проведении должностными лицами Новороссийской таможни таможенного контроля.**

***** По результатам проверки в адрес начальника Новороссийской таможни внесено представление, которое находится на рассмотрении. Также 19 апреля 2018 года в отношении Новороссийской таможни прокурором возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст.19.19 КоАП РФ - нарушение законодательства об обеспечении единства измерений в части выполнения измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, без применения аттестованных методик (методов) измерений, с несоблюдением требований аттестованных методик (методов) измерений, которое направлено в Территориальный отдел государственного надзора по Краснодарскому краю Южного межрегионального территориального управления Росстандарта для рассмотрения.**